

## 令和3年度 日本薬局方酸素3.5L（医療用酸素流量調整器付きバルブ一体型アルミ容器3.5L）納入仕様書

- 1 品名 日本薬局方酸素3.5L（医療用酸素流量調整器付きバルブ一体型アルミ容器3.5L）
- 2 仕様 契約単位：1本（吸入酸素3.5L（充填圧力14.7MPa））  
（内訳） 購入：日本薬局方酸素3.5L（充填吸入酸素3.5L）  
賃貸借：医療用酸素流量調整器付きバルブ一体型アルミ容器3.5L  
※ただし、ドクターヘリ用吸入酸素としては、病院所有のヨーク式アルミボンベ3.5Lに充填・納品（購入）のみ。  
※購入及び賃貸借それぞれを病院と売買契約及び賃貸借契約を締結する。
- 3 納入期限 発注日の翌日以内
- 4 納入場所 加古川市神野町神野203 兵庫県立加古川医療センター  
（令和3年3月下旬設置予定のコロナ臨時重症専用病棟（仮設病棟12床）を含む。）  
（一部ドクターヘリ用吸入酸素（病院所有のヨーク式アルミボンベ3.5L）として、社会医療法人製鉄記念広畑病院 姫路市広畑区夢前町3丁目1番地）
- 5 当センターの概要
  - (1) 施設名称 兵庫県立加古川医療センター
  - (2) 住所 兵庫県加古川市神野町神野203
  - (3) 病床数 353床
- 6 契約期間 令和3年4月1日0時から令和4年3月31日24時まで

### 7 購入実績及び見込数量(購入及び賃貸借)

令和3年度	年間購入数量予定（見込数量）	約917本
	年間賃貸借数量予定（見込数量）	<u>2,160本(180本/月×12月)</u>

令和2年度	年間購入数量予定（見込数量）	約690本
-------	----------------	-------

令和元年度	購入数量実績（平成31年4月～令和元年3月末）	1,143本
-------	-------------------------	--------

平成30年度	購入数量実績（平成30年4月～平成31年3月末）	1,034本
--------	--------------------------	--------

平成29年度	購入数量実績（平成29年4月～平成30年3月末）	1,272本
--------	--------------------------	--------

※新型コロナ影響のため、令和3年度使用量は、令和元年度実績と令和2年度実績の平均値で見込んでいます。

※令和2年度使用量見込みは、4月～11月末迄実績を年換算しています。

- 8 備 考
- ・吸入酸素 3.5 L (充填圧力 14.7 MPa)
  - ・ボンベは、医療用酸素流量調整器付きバルブ一体型アルミ容器 3.5 L で納入すること。
  - ・ただし、ドクターヘリ用吸入酸素としては、病院所有のヨーク式アルミボンベ 3.5 L 約 20 本に充填・納品すること。
  - ・医療用酸素流量調整器付きバルブ一体型アルミ容器 3.5 L ボンベは、納入業者が用意することとし、病院と賃貸借契約を結ぶ。
  - ・賃貸借数量には、納入業者が充填入替えのため引取るボンベも含まれる。
  - ・ドクターヘリ用酸素 3.5 L (病院所有のヨーク式アルミボンベ 3.5 L) の納品は、製鉄記念広畑病院 (〒671-1122 姫路市広畑区夢前町 3 丁目 1 番地) の場合もある。
  - ・配置現場を熟知したうえで応札すること

- 9 提出書類
- 令和 3 年 2 月 3 日 (水) 迄に下記書類を提出すること
- (1) 医薬品販売業許可証 (写)
  - (2) 高圧ガス販売業許可証 (写)
  - (3) 供給証明書
  - (4) (一社) 日本産業・医療ガス協会近畿地域本部兵庫県支部会員証明書
  - (5) 24 時間の供給体制図